



## Wisselprocedure CAPD Twinbag (Extraneal/Nutrineal)



*Houdt precies de juiste werkvolgorde aan !*

### Vorbereiding

- Sluit ramen en deuren
- Verwijder handsieraden (ringen, armbanden en horloge)
- Was uw handen als deze vuil zijn
- Maak het werkblad schoon met alcohol 70% en tissue

### Benodigheden klaarleggen

- Zak met dialysevloeistof
- Alcohol 70%
- Handalcohol
- 2 blauwe klemmen
- Minicap (jodiumdop)
- Schone handdoek (1x per 24 uur verschoonen) of tissues
- Infuuspaal (of haak aan de muur)
- Unster (hangweegschaal)

### Werkwijze

- **Desinfecteer uw handen en wrijf ze goed droog**
- Open de vloeistofzak en controleer op: volume, helderheid, lekkage, concentratie, temperatuur en vervaldatum
- Maak de slangenset los en leg het uiteinde vrij over het werkblad (fixeer de lijnen)
- Haal de PD-katheter te voorschijn
- Controleer of de sluiting van de draaiklem goed dicht zit
- Leg de handdoek op schoot en leg de PD-katheter erop
- Desinfecteer de gekleurde treksluiting van de vloeistofzak en minicap van de PD-katheter met alcohol 70%
- **Desinfecteer uw handen en wrijf ze goed droog**



*Niet praten of hoesten, steriel werken!*

### **Aansluiten**

- Verwijder de gekleurde treksluiting van de vloeistofzak
- Draai de minicap van de PD-katheter
- Maak de aansluiting met de vloeistofzak
- Hang de volle vloeistofzak op
- Leg de lege zak op de grond
- Open de draaiklem van de PD-katheter

### **Uitloop**

- Vloeistof loopt nu uit de buik
- Sluit de draaiklem zodra de uitloop klaar is
- Plaats de blauwe klem op de uitloopleftijp

### **Ontluchten**

- Breek het groene pijpje in de inloopleftijp
- Open de blauwe klem op de uitloopzak
- Flush (ontlucht) 5 tellen en sluit de klem weer

### **Inloop**

- Controleer het inloopvolume op de unster
- Open de draaiklem van de PD-katheter
- Vloeistof loopt nu in de buik
- **Sluit de draaiklem van de PD-katheter** als de vloeistof is ingelopen
- Plaats de tweede blauwe klem op de inloopleftijp



*Niet praten of hoesten, steriel werken!*

### **Afsluiten**

- Open de verpakking van de minicap met de witte kant boven
- **Desinfecteer uw handen en wrijf ze goed droog**
- Draai de lijnen los van de PD-katheter, houd de PD-katheter in de hand en laat de lijn los
- Draai de minicap op de PD-katheter
- Berg de PD-katheter op in de draagband
- Controleer de uitgelopen vloeistof op helderheid
- Weeg de uitloopzak
- Noteer de gegevens op de dagstaat
- Ruim het gebruikte materiaal op
- Leg een dialysevloeistofzak in de warmtebox voor de volgende wissel