



## Wisselprocedure APD (Home Choice®)



*Houdt precies de juiste werkvolgorde aan!*

### Vorbereiding

- Sluit ramen en deuren
- Was uw handen als deze zichtbaar zijn vervuild zijn
- Verwijder handsieraden (ringen, armbanden en horloges)
- Desinfecteer het werkblad met oppervlaktedesinfectans

### Materialen klaarleggen

- Home Choice® met PRO-kaart
- blauwe boekje (software versie 10.4)
- zakken met dialysevloeistof
- uitloopzak
- cyclerset
- oppervlaktedesinfectans
- handendesinfectans
- tissues
- mondmasker
- minicap (afsluitdop)
- connection shield
- schone handdoek (1x per 24 uur verschonen)
- infuuspaal (of gebruik haken aan de muur)

### Opbouwen van de machine

- Controleer of het PRO-kaartje in de machine zit
- Zet de machine aan met de knop aan de achterkant
- Staat er een nieuw programma op het PRO-kaartje, volg dan de instructie op pagina 13 van het blauwe boekje
- De machine vraagt éénmaal om uw streefgewicht in te voeren





- Op display staat: **standaardmodus aan - druk op start** (groene ronde knop)
- Op display staat: **plaats de set**
- Desinfecteer uw handen met handendesinfectans en wrijf ze droog
- Open de dialysevloeistofzakken en controleer op:
  - helderheid
  - lekkage
  - concentratie
  - vervaldatum
- Leg de zak met de hoogste glucoseconcentratie op de warmhoudplaat
- Hang de overige zakken op
- Plaats de cyclerset
- Hang de blauwe organisator aan de haak



- Bevestig de uitloopzak aan de uitlooplijn van de set
- Klem de uitloopzak open, zet zijlijntje van de uitlooplijn dicht
- Sluit alle andere klemmen

- Druk op de groene start toets, op display staat: **zelftest**
- Als de zelftest klaar is, staat op display: **sluit zakken aan / open de klemmen**
- Doe het mondk masker voor
- Desinfecteer de treksluitingen van de zakken en lijnen met oppervlaktedesinfectans
- Desinfecteer uw handen met handendesinfectans en wrijf ze droog
- Bevestig de lijn met de rode klem aan de zak op de warmhoudplaat
- Sluit de overige zakken op dezelfde manier aan
- Heeft u een laatste inloop met een andere dialysevloeistof (bijvoorbeeld Extraneal®), sluit deze dan aan op de lijn met de blauwe klem
- Zet het mondk masker af

- Breek alle breekpijpjes van de dialysevloeistofzakken
- Open alle klemmen die zijn aangesloten op de dialysevloeistofzakken
- Open de klem van de patiëntenlijn
- Druk op de **groene start toets**, op display staat: **priming** (vullen)
- Als de priming klaar is, staat op display: **aansluiten en zie patiëntenlijn**



*Niet praten of hoesten, steriel werken!*

### **Aansluiten**

Machine van te voren opgebouwd? Was dan uw handen opnieuw als deze zichtbaar vervuild zijn!

- Haal de PD-katheter te voorschijn
- Controleer of de sluiting van de draaiklem van de PD-katheter goed dicht zit
- Doe het mondmasker voor
- Leg de schone handdoek op schoot
- Leg de PD-katheter op de handdoek
- Open de verpakking van het connection shield
- Klem de patiëntenlijn dicht
- Desinfecteer de uiteinden van de patiëntenlijn en PD-katheter met oppervlaktedesinfectans
- Desinfecteer uw handen met handendesinfectans en wrijf ze droog
- Haak de patiëntenlijn aan uw pink
- Pak de PD-katheter in dezelfde hand
- Verwijder eerst de dop van de PD-katheter
- Verwijder daarna de trekkring van de patiëntenlijn
- Verbind met één handeling de patiëntenlijn met de PD-katheter
- Bevestig nu het connection shield
- Open de draaiklem van de PD-katheter en de patiëntenlijn
- Druk op **start**
- Zet het mondmasker af

De machine begint nu met een eerste uitloop.

Zorg ervoor dat de inlooplijn en uitloopzak goed vrij liggen.

De machine voert gedurende de nacht het gehele programma uit.

- Werkwijze bij alarmen:  
zie instructies in het blauwe boekje vanaf pagina 31



## Afsluiten

- Op de display staat: **einde behandeling**
- Noteer de gegevens op de dagstaat
- Druk op de onderste pijltoets: op display staat: **volume eerste uitloop**, noteer dit op de dagstaat
- Druk nogmaals op de onderste pijltoets: op display staat: **totale ultrafiltratie**, noteer dit op de dagstaat
- Druk nogmaals op de onderste pijltoets: op display staat: **gem. verblijftijd**, noteer dit op de dagstaat
- Noteer op dagstaat **volume laatste inloop**



*Niet praten of hoesten, steriel werken!*

- Druk op de **start** toets, op display staat: **sluit alle klemmen**
- Sluit alle klemmen op de zakken en de draaiklem van de PD-katheter
- Druk weer op de **start** toets, op display staat nu afwisselend: **afsluiten** en **sluit alle klemmen**
- Doe het mondkapje voor
- Leg de handdoek op schoot
- Leg de PD-katheter met de lijnen op de handdoek
- Desinfecteer uw handen met handdesinfectans en wrijf ze droog
- Open de verpakking van de minicap, houd de witte kant boven
- Draai de patiëntenlijn los, houd de PD-katheter in 1 hand en laat de losse lijnen vallen
- Draai de minicap op de PD-katheter en plaats de PD-katheter in de band



- Druk op de **start** toets, op de display staat: **toestel uitschakelen**
- Zet de machine uit met de knop aan de achterkant
- Verwijder de cyclerset en gooi deze weg
- Controleer de uitloopzak op helderheid
- Leeg de uitloopzak en het restant van de dialysevloeistofzakken
- Ruim het gebruikte materiaal op
- Maak de Home Choice® schoon met een vochtige, schone doek